

СЕРТИФИКАТ  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

---



№ 16012 от 27 января 2023 г.

Срок действия до 19 января 2027 г.

Наименование типа средств измерений:  
**Анализаторы мутности АМ-8122**

Производитель:  
**ЗАО «НПП «Автоматика», г. Владимир, Российская Федерация**

Документ на поверку:  
**МП-242-2058-2016 «Анализаторы мутности АМ-8122. Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 27.01.2023 № 5

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак