

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 15637 от 3 октября 2022 г.

Срок действия до 29 июня 2025 г.

Наименование типа средств измерений:
Термопреобразователи серии ИТ

Производитель:
ЗАО «НПП «Автоматика», г. Владимир, Российская Федерация

Документ на поверку:
первичная государственная поверка проводится по АДП.400500.001 МП «Термопреобразователи серии ИТ. Методика поверки»;
последующая государственная поверка проводится по СТБ 8085-2019 «Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками:
термопреобразователи серии ИТ (датчики – преобразователи термоэлектрические):
12 месяцев;
термопреобразователи серии ИТ (датчики – термопреобразователи сопротивления):
24 месяца

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 03.10.2022 № 93
Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак