



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Автоматика».

Основной государственный регистрационный номер: 1023303354942.

Место нахождения: 600016, Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 77

Телефон: 84922420613, адрес электронной почты: otk@market.ru

в лице Директора Петрова Юрия Федоровича

заявляет, что

pH-метры промышленные pH-41, модели: pH-4101, pH-4121, pH-4131, pH-4110

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4215-085-10474265-2006 "pH-метры промышленные pH-41"

изготовитель. Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Автоматика».

Место нахождения: 600016, Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 77

код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 80 110 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 651-05/07-ЭСТ, 652-05/07-ЭСТ от 17.05.2018 года, выданных испытательной лабораторией «ЭС-Тест»

Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005; руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования: Id

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств": ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования"; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 "Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования"

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.05.2023 включительно.



М.П.

Петров Юрий Федорович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.ИМ43.В.01148

Дата регистрации декларации о соответствии 18.05.2018